



POWIAT ZĄBKOWICKI

ul. H. Sienkiewicza 11
57-200 Ząbkowice Śląskie
NIP 887-16-29-254
REGON 143710463
WBKZD/272/14/2017
(1)

Ząbkowice Śl., 2018-01-09

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ***Dostawa wyposażenia dydaktycznego dla pracowni szkolnych w ramach projektu „Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych liceów ogólnokształcących Powiatu Ząbkowickiego”.***

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) informuję, że w dniu 9 stycznia 2018 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczący:

Pytania Wykonawcy (cytat):

Zamawiający wymaga w szczegółowym opisie przedmiot zamówienia dla Części 1- Dostawa wyposażenia dydaktycznego dla pracowni biologicznych

pozycja 21 - Mikroskop stereoskopowy

Zamawiający nie podaje żadnych granicznych parametrów technicznych. Czy zatem zamawiający wymaga by minimalne powiększenie mikroskopów wynosiło 20 i 40 X przy zastosowaniu okularów szerokokopułowych WF10x? Oraz czy mikroskopy muszą być wyposażone w źródło światła LED. Są to bowiem minimalne parametry mikroskopów stereoskopowych wykorzystywanych w pracowni biologicznej.

pozycja 22 Mikroskop monokularowy

Zamawiający wymaga mikroskopów polaryzacyjnych gdy tymczasem są to mikroskopy wykorzystywane głównie do badań skał, minerałów i kruszców. Tego typu mikroskopy są nie przydatne na zajęciach biologii. Czy zatem zamawiający potwierdza, że mają to być mikroskopy polaryzacyjne? Czy wykreśli ten wymóg?

Odpowiedź Zamawiającego na pytania:

pozycja 21 - Mikroskop stereoskopowy:

Zamawiający wymaga, aby minimalne powiększenie mikroskopu stereoskopowego wynosiło 20x i 40x przy standardowych okularach WF-10x oraz aby mikroskop był wyposażony w źródło światła LED.

pozycja 22 - Mikroskop monokularowy:

Zamawiający nie wymaga mikroskopu polaryzacyjnego.

Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.